



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому округу-Югра Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 86.СУ.02.000.М.000211.07.24 ОТ 19.07.2024 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение):

Стоматологическая клиника ООО "ПРАКТИК", Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 1, пом.1 (Нежилое. Встроенное нежилое помещение. Этаж 01. Кадастровый номер: 86:10:0101033:208);
Кабинет для аппарата рентгеновского интраорального Фопа X70:
Аппарат рентгеновский интраоральный Фопа X70, фирма-изготовитель "Фона С.р.л." (Италия), 2015 года выпуска, год ввода в эксплуатацию 2018, заводской номер аппарата 3112FH3888, заводской номер излучателя 3205FR3979 (анодное напряжение - 70 кВ, анодный ток- 10 мА, радиационный выход: по проекту - 5,6 мГр х кв.м./ (мА х мин)), по протоколу -3,2 мГр х кв.м./ (мА х мин)), рабочая нагрузка - 40 мА х мин/нед).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0128304